

SCHEDA PRODOTTO

NOME COMMERCIALE	SONOPLEX
NOME GENERICO	Aghi per blocchi nervosi periferici per applicazioni sotto monitoraggio eco guidato punta Tipo Facet.
PRODUTTORE	Pajunk gmbh
FORNITORE	MOVI
INDICAZIONE D'USO	Anestesia di nervi e plessi nervosi individuati mediante tecnica eco guidata e/o elettrostimolazione.
INTERVENTO DI RIFERIMENTO	Aghi non ecogenici
DESCRIZIONE	Aghi unipolari ecogenici stimolabili e non stimolabili. La configurazione della punta dell'ago consente all'anestesista di focalizzare l'attenzione su di essa durante l'intera procedura di introduzione dell'ago.
MARCHIO CE	Sì, marzo 2010
CND	A010302 - Aghi e kit per blocco di plesso
CLASSE DI APPARTENENZA	Ila
APPROVAZIONE FDA	
Fonte dei dati: scheda tecnica	
PREZZO UNITARIO	12 Euro
DRG	NR

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, STIMA SPESA ANNUA E COSTO TERAPIA PER PAZIENTE (se applicabile)

NOME PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	PEZZI PER CONFEZIONE	PREZZO PER CONFEZIONE (Euro)	PREZZO UNITARIO IVA esclusa (Euro)	CONSUMO ANNUO (confezioni)	STIMA SPESA ANNUA (Euro)	SITUAZIONE CONTRATTUALE
Sonoplex	Aghi per plessi nervosi con punta Tipo Facet (varie misure)	10	120	12	5	60	Prodotto nuovo

PRODOTTI ANALOGHI GIA' DISPONIBILI IN AREA VASTA, SPESA ANNUA E COSTO TERAPIA PER PAZIENTE (se applicabile)

NOME PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	PEZZI PER CONFEZIONE	PREZZO PER CONFEZIONE (Euro)	PREZZO UNITARIO IVA esclusa (Euro)	CONSUMO 2010 (confezioni)	SPESA 2010 (Euro)	MODALITA' DI ACQUISTO
TUOHY Contiplex	Cannula e set per blocchi nervosi continui (varie misure)	10	220	22	NR	NR	Prov. Dir. 149 del 15/03/2010
Stimuplex	Aghi per blocchi nervosi single shot (varie misure)	25	160	6,4	NR	NR	

NR = non riportato



ESTAV Centro ● Sede legale 50125 Firenze Viale Michelangiolo 41 ● Telefono 055 6577 328 - 453 ● Fax 055 6577 547

P.I. e C.F. 05577300485 ● www.estav-centro.toscana.it ● direzione@estav-centro.toscana.it

COMMENTI DELL'ESTENSORE DELLA SCHEDA	Rispetto agli aghi già disponibili, gli aghi Sonoplex, per la maggiore ecogenità della punta dell'ago, dovrebbero consentire una migliore visione della punta stessa.
DATA DI REDAZIONE DELLA SCHEDA	7 Novembre 2011
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE DISPOSITIVI MEDICI ED EVENTUALI RESTRIZIONI DI IMPIEGO	Il dispositivo viene approvato sulla base di un report del NICE (IPG285) che riporta dati a favore dell'utilizzo della procedura ecografica. Per quanto riguarda la modalità di acquisto, dal momento che gli aghi ecogenici non sono esclusivi in quanto sono commercializzati anche dalla ditta Braun aggiudicataria degli aghi per elettrostimolazione, si propone una gara o un affiancamento tecnologico della ditta aggiudicataria. Nel caso di eventuale gara dovrà essere contemplata l'ipotesi di fornitura del solo ago o di ago con ecografo in comodato d'uso. I fabbisogni dovranno essere formulati in seguito ad una definizione della casistica concordata con gli anestesisti.
NOTE	
CODICE PORTALE ESTAV	1452

NR: non riportato



ESTAV Centro ● Sede legale 50125 Firenze Viale Michelangiolo 41 ● Telefono 055 6577 328 - 453 ● Fax 055 6577 547

P.I. e C.F. 05577300485 ● www.estav-centro.toscana.it ● direzione@estav-centro.toscana.it